

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI/DISPOSITIVI/PRESIDIU.O. _____
____/____/____

Data Rilevazione

DISPOSITIVI/PRESIDI	SI	NO	OSSERVAZIONI/AZIONI DI MIGLIORAMENTO
BASTONI/STAMPELLE/TRIPODI			
Regolabili in altezza			
DEAMBULATORI			
Bassi o alti secondo il caso + cestino e sedile e quattro ruote			
Poco ingombranti			
SEDIA A ROTELLE			
Ruote posteriori grandi e schienale inclinabile			
Possibilità inserimento tavola per il pasto			
Freni/ruote efficienti e agevolmente comandati			
Braccioli removibili			
Poggiapiedi funzionanti ed estraibili			
Buona manovrabilità			
Larghezza seduta <70cm			
Profondità 43-45 cm (per le carrozzine non portatili)			
Schienale basso (altezza cm 90-92 da terra max 95 cm)			
Sistema di ancoraggio con cinture			
Presenza carrozzine basculanti			
BARELLE			
Regolabili in altezza			
Spondine adattabili in altezza e bloccabili all'altezza desiderata			
Ruote/freni efficienti			
GRADINO REMOVIBILE PER APPOGGIO PIEDE IN CASO NON VI SIANO LETTI REGOLABILI IN ALTEZZA			

Superficie antiscivolo			
Pedana sufficiente			
Piedini antiscivolo			
ASTA PER FLEBO			
Integrata con il letto			
Base stabile con più di cinque piedini			
Ruote efficienti			
Regolabile in altezza			
AUSILI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI			
Sollevatori elettrici con base allargabile e con altezza adeguata per il passaggio sotto il motore elettrico del letto con valido sistema di sicurezza e imbracatura affidabile di varie misure e con braccio abbassabile fino a sollevare una persona da terra			
Tutori per evitare l'atteggiamento flesso degli arti inferiori			
Tavolette rotanti per spostamenti tra letto e carrozzina			
Cinture per pazienti spaventati o molto pesanti			
Tavole di trasferimento rigide			
Teli di trasferimento per passaggi laterali stessa altezza			
Cuscini sagomati per posizionamento paziente			
Trapezio ai letti			
Ausili disponibili in reparto			
Ripostiglio/magazzino dedicati			
Ausili in numero sufficiente			
Efficienti			
CAMERE			
Sedia comoda			

Assenza di tappeti			
Pavimenti asciutti e senza cera			
LETTI			
Elettrici regolabili in altezza (o con sistema a pedale) con piano abbassabile fino a pochi cm da terra			
Possibilità di inserire sponde o semi sponde			
Possibili ausili per il paziente per girarsi			
POLTRONE			
Reclinabili ed allungabili			
SEGNALATORI			
Utilizzati su carrozzine o letti per segnalare se il paziente espleta movimenti a rischio			
COMODINO			
Presenza di tavolo servitore			
Piano di appoggio adeguato, regolabile in altezza e girevole			
Ruote/freni efficienti			

Nome e Cognome Rilevatore _____ Firma del Rilevatore

Consegnata al Rischio Clinico in data _____