



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

AVVISO

GARA 750A – Fornitura triennale, articolata in lotti, di materiale di consumo per l'U.O.C. di Ostetricia, Ginecologia – Centro di sterilità, per 500 cicli di PMA (procreazione medicalmente assistita).

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, si informa che l'apertura delle offerte economiche (Busta C) si effettuerà, in seduta pubblica, **il giorno 03.07.2019, alle ore 10,00** presso i locali dell'U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi di questa A.O.U. – Edificio n.11H piano terra.

Si informa, altresì, che sono state escluse dal prosieguo della gara le seguenti Società per le motivazioni sotto riportate:

- Società TECSUD S.r.l.

Lotto 7: in quanto nel prodotto presentato è assente la punta ecoriflettente;

- Società ORIGIO ITALIA S.r.l.

Lotto 1: in quanto ha proposto per il sub-lotto 1F un prodotto non completo con HSA, come richiesto nella descrizione del prodotto;

Lotto 7: in quanto nel prodotto presentato è assente la cannula interna in parte in acciaio inox e in parte in polietilene;

Lotto 10: in quanto nel prodotto presentato è assente il 20% di yolk buffer come richiesto nella descrizione del prodotto;

- Società MENDEL S.r.l.

Lotto 1: in quanto ha proposto per il sub-lotto 1e un prodotto non appartenente alla stessa casa produttrice dei sub-lotti 1a, 1b, 1c, 1d e 1f;

Lotto 2: in quanto i valori di osmolarità risultano fuori range rispetto ai valori richiesti;

Lotto 8: in quanto la fornitura proposta è in polistirene e non in propilene come richiesto nella descrizione del prodotto;

Lotto 10: in quanto nel prodotto presentato è assente il 20% di yolk buffer come specificato nella descrizione del prodotto;

□ Società MBT S.r.l.

Lotto 1: in quanto ha proposto un prodotto per il sub-lotto 1F non completo del sistema di doppio tampone, come richiesto nella descrizione del prodotto;

Lotto 2: in quanto i valori di osmolarità risultano fuori range rispetto ai valori richiesti;

□ Società BIOCARE EUROPE S.r.l.

Lotto 6: in quanto la dimensione del mandrino è di 1,6 mm anziché 1mm come specificato nei criteri minimi di selezione.

f.to Il Direttore U.O.C.
Gestione Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Salvatore Buonavolontà