



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA COLONNA LAPAROSCOPICA DI PROPRIETA' DI QUESTA AOU PER LE ESIGENZE UOC CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA MINI INVASIVA DEL B.O. ED. 7

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli – UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, Via S. Pansini n. 5 - 80131 – Napoli Tel. 0817462777 – sito internet www.policlinico.unina.it, intende procedere, mediante procedura negoziata, all'aggiornamento tecnologico della colonna laparoscopica di proprietà di questa AOU per le esigenze della UOC Chirurgia Generale Oncologica Mini Invasiva Blocco Operatorio - Ed. 7.

Attraverso il presente Avviso, pertanto, l'A.O.U. si propone di individuare eventuali ulteriori operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara, a cui eventualmente affidare la fornitura in oggetto come di seguito dettagliato.

L'A.O.U., inoltre, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso esplorativo senza che gli operatori economici che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.

Per l'espletamento della corrente gara, l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.36/2023 per l'espletamento di gara a procedura negoziata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale "acquistinretepa" gestita dal MEF.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

La documentazione relativa all'indagine di che trattasi è disponibile sul sito internet: www.policlinico.unina.it, nella sezione "Bandi di gara e contratti" e sul sito internet <https://www.soresa.it/> nella sezione "Bandi di Gara".

Denominazione operatore economico individuato: STRYKER ITALIA SRL

Oggetto della procedura: aggiornamento tecnologico della colonna laparoscopica di proprietà di questa AOU per le esigenze della UOC Chirurgia Generale Oncologica Mini Invasiva Blocco Operatorio Ed. 7, di seguito si riportano tutti le tecnologie e gli accessori da prevedere in contratto:

DESCRIZIONE PRODOTTO	REQUISITO MINIMO
Nr. 1	elaborazione dei segnali in 4K

VIDEOPROCESSORE 4K - ICG	display touch screen LCD che permette un agevole impostazione e cambiamento dei settaggi durante l'utilizzo
	connessione telecamera 4K
	possibilità di personalizzare i parametri di visualizzazione in base alle specialità chirurgiche presenti sulla centralina
	regolazione dei parametri, direttamente dal touch screen o i pulsanti della testina, come ad esempio scattare foto e video, attivare/disattivare la funzione ICG, luminosità/gain, bilanciamento del bianco, zoom e specialità chirurgica
	controllo della luminosità automatica e manuale
	riconoscimento automatico delle ottiche collegate
Nr. 1 TESTA DI TELECAMERA 4K ICG	maneggevole e leggera
	testa telecamere dotata di almeno quattro pulsanti per il controllo remoto delle funzioni della centralina
	consentire la visualizzazione in luce bianca, in fluorescenza con verde indocianina (ICG) e in luce infrarossa
	capacità di scelta della modalità di visualizzazione tramite la testina della telecamera oltre che sul pannello touch screen della consolle
Nr.1 FONTE LUCE LED - ICG	fonte luminosa di tipo LED ICG, che consenta la visualizzazione in luce bianca, fluorescenza con verde indocianina, fluorescenza nel vicino infrarosso e transilluminazione nel vicino infrarosso (modalità IRIS)
	possibilità di gestire la fonte luminosa direttamente dalla testina della telecamera
	dotata di regolazione dell'intensità automatica e manuale
	dotata di indicatore della durata di vita della lampada principale
	durata minima garantita almeno 20.000 ore
	completa di almeno nr.2 cavi luce non inferiori a 3 m
Nr. 1 MONITOR MEDICALE LED 4K	monitor chirurgico UHD 4K OLED non inferiori a 32" in grado di supportare la massima definizione del videoprocessore
	ampio angolo di visione
	possibilità di controllare e regolare la luminosità dell'immagine
	possibilità di visualizzare più immagini contemporaneamente (PIP: Picture in Picture)
	fornito di ingressi DVI-HDMI
	possibilità di salvare su canale in modalità PIP
OTTICHE	10 mm 30° autoclavabile

Importo presunto complessivo: € 70.000,00 oltre IVA al 22%. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione Full-Risk per 12 mesi.

Requisiti amministrativi minimi di partecipazione: gli operatori economici interessati alla selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 94 e 95, D. Lgs. 36/2023;
- insussistenza di impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (esempio nel caso in cui sia stata comminata la sanzione dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione);
- certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;
- l'impegno inderogabile a fornire successiva offerta, qualora invitati.

Chiarimenti: eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate tramite PEC all'indirizzo ingegneriaclinica.aou@pec.it, entro le ore **12.00** del giorno **27.01.2025**.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Istanza di partecipazione: Obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi sono altri operatori economici, oltre a quello individuato, che siano in grado di offrire quanto oggetto della fornitura, con caratteristiche simili e con equivalenza prestazionale e/o migliorativa.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in argomento, possono presentare istanza indirizzata all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, a mezzo PEC: ingegneriaclinica.aou@pec.it, entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **05.02.2025** contenente l'indicazione completa del mittente, nonché la seguente dicitura:

“Manifestazione di Interesse a partecipare a procedura negoziata per la fornitura dell'aggiornamento tecnologico della colonna laparoscopica di proprietà di questa AOU per le esigenze dell'UOC Chirurgia Generale Oncologica e Mini Invasiva del Blocco Operatorio c/o ed. 7”

Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere esclusivamente formulate sull'apposita modulistica (all. A) allegando copia del documento di identità del dichiarante e relazione tecnica dettagliata del prodotto offerto, pena esclusione.

Saranno, pertanto, escluse tutte le istanze redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Avviso.

Alla successiva procedura saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato regolare manifestazione di interesse. Non saranno considerate, viceversa, le istanze irregolari, in quanto pervenute dopo la scadenza oppure con modalità diverse da quella indicata, nonché quelle incomplete e prive delle dichiarazioni richieste.

La presentazione dell'istanza è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'A.O.U.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. Non sono accettate proposte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente iniziativa, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'affidamento.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste, ai fini della partecipazione alla presente indagine, dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'attuale l'operatore economico individuato rappresenti l'unico fornitore dei servizi innanzi descritti, questa A.O.U. intende, altresì, manifestare l'intenzione di affidare i suddetti servizi, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, e concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni economiche.

L'Amministrazione svolgerà le procedure di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n°36/2023, con le modalità che saranno successivamente rese note ai soggetti invitati.

Per informazioni amministrative: UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, Rag. Rodolfo Vincenzo Marrone (tel. 081/7463833), e-mail: rodolfo.marrone@unina.it.

Per informazioni tecniche: Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA (tel.081/7463571) e-mail: ingegneriaclinica.aou@unina.it.

RUP: Ing. Tommaso Cerciello