



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CHIARIMENTI

LOTTO 1 - CIG 78912322A7
LOTTO 2 - CIG 7891247F04

OGGETTO: Gara 3602 Lotto 1 - Fornitura di n. 4 Archi a C (per le esigenze del B.O. di Ortopedia, del B.O. di Urologia, del B.O. di Pediatria, del B.O. della nuova piastra endoscopica) per € 550.000,00 e **Lotto 2** - Fornitura di n. 1 Arco a C (per le esigenze del B.O. di Chirurgia Vascolare) per € 130.000,00 dell'A.O.U. Federico II di Napoli. Importo complessivo a base di gara: € 680.000,00 oltre I.V.A..

Si informa che una Società ha chiesto il seguente chiarimento:

Quesito n. 1:

in considerazione che la maggior parte delle aziende produttrici di sistemi radiologici con Arco a C, anche multinazionali, oggi non prevedono, per le applicazioni previste nelle caratteristiche tecniche di entrambi i vostri capitolati, apparecchiature con movimenti motorizzati (che rendono lenta e indaginoso l'operatività, oltre che ad essere in genere apparecchiature pesanti e ingombranti) e che soprattutto per quanto concerne il tubo radiogeno a 9000 giri (alta velocità che oltre a non portare alcun beneficio sotto l'aspetto medico e tecnico, generano energia termica che poi deve essere dissipata dal sistema generatore-tubo RX dell'apparecchiatura) tecnica questa ormai in disuso anche in passato utilizzata da un numero esiguo di aziende, in considerazione che le esigenze operative e diagnostiche nelle apparecchiature di più recente progettazione sono soddisfatte con apparecchiature più leggere, maneggevoli e quindi di facile e rapida operatività, si chiede la possibilità di offrire apparecchiature che, fermo restando la totale e sostanziale capacità di soddisfare ogni esigenza medica e operativa necessaria nelle branche di attività da voi indicate nei capitolati, siano analoghe seppur diverse in alcuni parametri tecnici, come ad esempio quelli sopraindicati.

Risposta al quesito n. 1:

Si comunica che si ritiene indispensabile confermare i requisiti minimi di capitolato: anodo rotante con velocità non inferiore a 9000 giri/minuto e movimentazioni motorizzate. Tale necessità è stata ribadita anche dai clinici utilizzatori.

f.to Il Direttore dell'UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Salvatore Buonavolontà