



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO PER ISTEROSCOPIA E LAPAROSCOPIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA, CENTRO DI STERILITA

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli – UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, Via S. Pansini n. 5 - 80131 – Napoli Tel. 0817462777 – sito internet www.policlinico.unina.it, intende procedere, mediante procedura negoziata, all'affidamento per la fornitura di strumentario per isteroscopia e laparoscopia per le esigenze.

Attraverso il presente Avviso, pertanto, l'A.O.U. si propone di individuare eventuali ulteriori operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara, a cui eventualmente affidare la fornitura del servizio in oggetto come di seguito dettagliato.

L'A.O.U., inoltre, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso esplorativo senza che gli operatori economici che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.

Per l'espletamento della corrente gara, l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.36/2023 per l'espletamento di gara a procedura negoziata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale "acquistinretepa" gestita dal MEF

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

La documentazione relativa all'indagine di che trattasi è disponibile sul sito internet: www.policlinico.unina.it, nella sezione "Bandi di gara e contratti" e sul sito internet <https://www.soresa.it/> nella sezione "Bandi di Gara".

Denominazione operatore economico individuato: M.END.EL. SRL

Oggetto della procedura: fornitura di Strumentario per Isteroscopia e Laparoscopia per le esigenze della UOC Ostetricia e Ginecologia, Centro di Sterilita, di seguito si riportano di seguito le caratteristiche:

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICI PRODOTTO
N. 3 Set da resettoscopia mininvasiva ognuno composto da:	
n.1 sistema ottico a lenti cilindriche tipo Hopkins, mis. 2,9mm con lunghezza 30 cm; visione 0°.	26120AA

Autoclavabile e immergibile in soluzione	
1 elemento operativo bipolare. Ergonomico con impugnatura ad anelli e movimento passivo.	26053EB
N.1 camicia esterna mis. 15Fr, completa di rubinetti di afflusso e di deflusso soluzione. 2 camicie interne girevoli con chiusura a baionetta e estremità isolata in ceramica. 1 camicia operativa completa di canale operativo da 5 Charr, attacco a baionetta.	26053SC 2 unità di 26053CB 26053CD
N.2 cavi bipolari, 1 con lunghezza 400 cm, compatibile con elettrobisturi modello Autocon Storz, l'altro con lunghezza 300 cm, compatibile anche con elettrobisturi modello Erbe Vio.	2 unità di UH801 27176LEB
N.1 KIT luer-lock e n.1 kit rubinetti di ricambio dedicato.	6345190; 6985691; 8541890; 27550A
N.1 cavo luce a fibre ottiche autoclavabile. 3,5 di diametro e 230 cm di lunghezza.	495NAC
N.1 Cestello in materiale sintetico per sterilizzazione e conservazione di set di strumenti variabili, perforato, con coperchio trasparente e base in silicone, per lo stoccaggio a uno strato, (1 inserto per fondo), dimensioni esterne (l x p x h): 525 x 240 x 70 mm incluso: Perno di fissaggio, confezione da 12 pezzi Pressore in silicone, confezione da 12 pezzi Utensili	39360BK

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICI PRODOTTO
2 Set da isteroscopia per paziente bariatrico ognuno composto da:	
N.1 Sistema ottico a lenti cilindriche tipo Hopkins, mis. 2,9mm con lunghezza 36 cm; visione 30°. Autoclavabile e immergibile in soluzione.	26120BAL
N.1 Camicia operativa tipo Bettocchi, dim. 4,3 mm, con canale per strumenti da 5Fr, con 1 rubinetto e 1 adattatore luer-lock. Lunghezza 28 cm.	26153BIL
N.1 Camicia di lavaggio tipo Bettocchi, a flusso continuo, diam. 5 mm, con 1 rubinetto e 1 adattatore luer-lock. Lunghezza 28 cm.	26153BOL

N.2 pinze da presa e biopsia, tenaculum a 2 denti tipo Hesseling, entrambe le ganasce mobili, 5Fr, lunghezza 40 cm	26160H
N.2 pinze da presa e biopsia con dente centrale, entrambe le ganasce mobili, 5Fr, lunghezza 40 cm	26160UHW
N.2 forbici puntute, una ganascia mobile, 5Fr, lunghezza 40 cm	26160SHW
N.20 valvole speciali di tenuta dedicata a isteroscopia.	27550A
N.1 cavo luce a fibre ottiche autoclavabile. 3,5 di diametro e 230 cm di lunghezza.	495NAC
N.1 cestello da trasporto e da sterilizzazione in Sterrad in materiale sintetico, perforato, coperchio trasparente, con tappetino in silicone; dimensioni 515 x 233 x 65 mm	39301H

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICI PRODOTTO
N.2 cestelli da trasporto e da sterilizzazione in Sterrad in materiale sintetico, perforato, coperchio trasparente, con tappetino in silicone; dimensioni 515 x 233 x 65 mm	39301H
N.3 cestelli da trasporto e da sterilizzazione in Sterrad in materiale sintetico, perforato, coperchio trasparente, con tappetino in silicone; dimensioni 515 x 114 x 65 mm circa.	39301G
N.5 forbici puntute, una ganascia mobile, 5Fr, lunghezza 34 cm	26160SHW
N.1 Set luer lock di ricambio per isteroscopi e per resettori	6345190; 6985691; 8541890; 27550A

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICI PRODOTTO
MATERIALE LAPAROSCOPICO	
N.5 Pinze fenestrata rotante sec. Mouret, scomponibili in manico con cremagliera, camicia centimetrata, con canale irrigante ed inserto; una ganascia mobile; diam. 5mm, lunghezza utile 36 cm, autoclavabili. Complete di camicie centimetrata di ricambio.	33362MN 33300CM
N.1 Pinza fenestrata rotante sec. Mouret, scomponibili in manico con cremagliera, camicia	33462MN

centimetrata, con canale irrigante ed inserto; una ganascia mobile; diam. 5mm, lunghezza utile 42 cm, autoclavabili. Complete di camicie centimetrata di ricambio.	
N.3 Cavi luce a fibre ottiche 4,8 x 3000 mm. Autoclavabile. Completo di sistema di aggancio di sicurezza, dedicati a ICG.	495TIP
N.5 Portaghi di Koh dx, inserti in carburo di tungsteno, impugnatura coassiale, smontabile in manico e inserto; dispositivo di arresto disinseribile, lungh. 33cm/diam. 5mm	26173KAL
N.7 Pinze fenestrate tipo Clinch, rotanti, scomponibili in manico con cremagliera. N.17 camicie centimetrata con canale irrigante ed inserto; entrambe le ganasce mobili dimensioni circa 24 mm; diam. 5mm, lunghezza utile 36 cm, autoclavabili. Complete di n.12 camicie di ricambio.	33310AF 33300 33132
N.7 Pinze disettore rotante, tipo Kelly, scomponibili in manico, camicia con canale irrigante ed inserto; entrambe le ganasce mobili, con misura di circa 16 mm, diametro circa 5mm, lunghezza utile circa 36 cm, autoclavabili. Complete di camicie di ricambio.	33361MD
N.5 Contenitori per stoccaggio, trasporto e sterilizzazione in autoclave dedicato, dotato di sistema labirintico tipo Pasteur integrato nel coperchio in polifenilsulfone ad alta resistenza termica e indeformabile, completo di indicatore di trattamento (rosso/verde) e flussi laterali. Fondo leggero in lega di alluminio con superficie anodizzata. Sigillo con indicatore di processo semaforico ad attivazione termomeccanica e pulsante di apertura protetto da sigillo monouso. Guarnizione di tenuta coperchio-fondo dinamica a labbro in silicone sostituibile. Misura: 448x272x164. Vassoio per ottica operativa con fermi; sigilli con indicatore e etichette; tappetino in silicone. Completo di confezione di sigilli dedicati	55-612-30-04 55-804-57-01 55-805-58-01 55-807-54-04 55-807-55-04 55-804-00-04 55-443-23-04 55-403-13-04 55-996-83-04
N.5 Camicie centimetrata e manici con cremagliera dedicati a pinze da presa tipo Manhes, rotanti, scomponibili in manico con cremagliera, camicia con canale irrigante ed inserto; una ganascia mobile dimensioni circa 14 mm x 4,8 mm; diam. 5mm, lunghezza utile 36 cm, autoclavabili.	33300CM
N.5 Tiramiomi da 10 mm; 36 cm	26175BA
N.2 Manico aspira irriga con canale centrale;	37113A

ergonomico a pistola.5 mm. di diametro, e 36 cm.di lunghezza .Autoclavabile. Utilizzabile con cannule da 5 e 10 mm.	37360LH
N.2 laparoscopi da 10mm, 31 cm, visione 0°, con lenti tipo Hopkins-ICG, autoclavabile Completo di filtro per utilizzo con verde di indocianina; cestello di sterilizzazione per Sterrad e trasporto dedicato	26003ARA

Importo presunto complessivo: € 140.000,00 oltre IVA al 22%. La fornitura è da intendersi comprensiva di assistenza tecnica full-risk non inferiore a 12 mesi.

Requisiti amministrativi minimi di partecipazione: gli operatori economici interessati alla selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 94 e 95, D. Lgs. 36/2023;
- insussistenza di impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (esempio nel caso in cui sia stata comminata la sanzione dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione);
- certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;
- l'impegno inderogabile a fornire successiva offerta, qualora invitati.

Chiarimenti: eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate tramite PEC all'indirizzo ingegneriaclinica.aou@pec.it, entro le ore 12.00 del giorno 25.06.2024.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Istanza di partecipazione: Obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi sono altri operatori economici, oltre a quello individuato, che siano in grado di offrire quanto oggetto della fornitura, con caratteristiche simili e con equivalenza prestazionale e/o migliorativa.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in argomento, possono presentare istanza indirizzata all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, a mezzo PEC: ingegneriaclinica.aou@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01.07.2024 contenente l'indicazione completa del mittente, nonché la seguente dicitura:

Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per la fornitura di forniture di Strumentario per Isteroscopia e Laparoscopia per le esigenze della UOC Ostetricia e Ginecologia, Centro di Sterilità

Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere esclusivamente formulate sull'apposita modulistica (all. A) allegando copia del documento di identità del dichiarante e relazione tecnica dettagliata del prodotto offerto, pena esclusione.

Saranno, pertanto, escluse tutte le istanze redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Avviso.

Alla successiva procedura saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato regolare manifestazione di interesse. Non saranno considerate, viceversa, le istanze irregolari, in quanto pervenute dopo la scadenza oppure con modalità diverse da quella indicata, nonché quelle incomplete e prive delle dichiarazioni richieste.

La presentazione dell'istanza è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'A.O.U..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. Non sono accettate proposte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente iniziativa, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'affidamento.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste, ai fini della partecipazione alla presente indagine, dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'attuale l'operatore economico individuato rappresenti l'unico fornitore dei servizi innanzi descritti, questa A.O.U. intende, altresì, manifestare l'intenzione di affidare i suddetti servizi, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, e concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni economiche.

L'Amministrazione svolgerà le procedure di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n°36/2023, con le modalità che saranno successivamente rese note ai soggetti invitati.

Per informazioni amministrative: UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, Dott.ssa Enrica de Marinis (tel. 081/7463877), e-mail: enrica.demarinis@unina.it.

Per informazioni tecniche: Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA (tel.081/7463571) e-mail: ingegneriaclinica.aou@unina.it.