



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

UOC GESTIONE OPERATIVA, INGEGNERIA CLINICA E HTA

Direttore: Ing. Tommaso Cerciello

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA NIBP PER ANALISI BATTITO-BATTITO PA NON INVASIVA, AI SENSI DELL'ART.50, CO.1, LETT.B, DEL D.LGS. N. 36/2023.

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli – UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, Via S. Pansini n. 5 - 80131 – Napoli – sito internet www.policlinico.unina.it, intende procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., all'affidamento della fornitura di n. 1 (una) Sistema NIBP per Analisi Battito-Battito PA non invasiva da destinare alla **UOC Cardiologia, Emodinamica ed UTIC** della AOU Federico II.

Attraverso il presente Avviso, pertanto, l'A.O.U. si propone di individuare gli operatori economici da invitare nel rispetto del principio di rotazione art. 49 del D.lgs. n. 36 del 2023 alla successiva procedura, a cui eventualmente affidare la fornitura del servizio in oggetto come di seguito dettagliato.

L'A.O.U., inoltre, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso esplorativo senza che gli operatori economici che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.

Per l'espletamento della corrente procedura, l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.36/2023 ss.mm. ii. si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale "acquistinreteuropa" gestita dal MEF.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

La documentazione relativa all'indagine di che trattasi è disponibile sul sito internet: www.policlinico.unina.it, nella sezione "Bandi di gara e contratti".

Oggetto della procedura: fornitura di nr. 1 Sistema NIBP per Analisi Battito-Battito PA non invasiva.

Requisiti minimi/equivalenti:

1. Il sistema deve permettere la rilevazione in tempo reale dei seguenti parametri in maniera completamente non invasiva:
 - a. Pressione battito-battito –Sistolica, Diastolica e Media con forma d'onda.
 - b. Pressione NIBP – Misura automatica a intervalli programmabili con bracciale integrata nel dispositivo.
 - c. ECG con indicazione di Frequenza cardiaca
 - d. Gittata cardiaca, Stroke Volume
 - e. Resistenze periferiche
2. Monitoraggio ECG integrato a 12 derivazioni dotato di indicatore led luminoso in corrispondenza di ogni elettrodo, per consentire di verificare in modo rapido che siano correttamente collegati.
3. Visualizzazione e registrazione della traccia elettrocardiografica simultanea, con elevata frequenza di campionamento.
4. Doppio sensore a dito robusto e riutilizzabile con alloggiamento rigido per evitare un'applicazione impropria della cuffia (es. cuffia troppo stretta al dito) ed eliminare il bias nella misura della misurazione.

5. Possibilità di cambio automatico (ad intervallo impostato) o manuale del dito di misurazione durante il test, in caso di:
 - a. Qualità del segnale non abbastanza buona (per esempio edema o tessuto cicatriziale sul dito di misurazione)
 - b. Il paziente ha una sensazione di pressione troppo forte sul dito di misurazione
6. Dotato di sensore a dito di tre diverse misure, con indicatore di qualità di segnale pressorio misurato per assicurare una misura attendibile per tutta la durata del test.
7. Possibilità di inserimento marker eventi durante l'esame.
8. Il sistema deve essere alloggiato su carrello dedicato con altezza variabile e deve essere completo di ampio monitor touchscreen da almeno 20", computer e stampante a colori per la reportistica, per una gestione semplificata dell'esame e della fase di refertazione.
9. Il sistema deve prevedere la visualizzazione sia dei valori battito-battito che dei trend, oltre alla possibilità di inserimento marker, commenti, manovre sul paziente.
10. Il sistema deve permettere inoltre di aggiungere commenti, diagnosi e pianificazione del trattamento, e di stampare report personalizzabili senza la necessità di utilizzare pc/software esterni.
11. Calibrazione sistema meccanico idraulico sul sistema battito-battito nel periodo di garanzia.
12. Almeno 36 mesi di garanzia e manutenzione.

Importo presunto, comprensivo di manutenzione e assistenza tecnica full-risk, € 72.000,00 oltre IVA.

Requisiti amministrativi minimi di partecipazione: gli operatori economici interessati alla selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve possedere:
- i requisiti di carattere generale previsti dagli articoli 94-98 del Codice dei contratti pubblici; Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
- l'abilitazione Me.PA relativa al Bando con Categoria di abilitazione 38410000-2;
- l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure nel competente Ordine Professionale per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura. Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo;
- documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, da indicare nel DGUE.
- certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;
- l'impegno inderogabile a fornire successiva offerta, qualora invitati.

Chiarimenti: eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate tramite PEC all'indirizzo ingegneriaclinica.aou@pec.it, entro le ore **12.00** del giorno **20.04.2026**.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Istanza di partecipazione: Obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi sono altri operatori economici, oltre a quello individuato, che siano in grado di offrire quanto oggetto della fornitura, con caratteristiche simili e con equivalenza prestazionale e/o migliorativa.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in argomento, possono presentare istanza indirizzata all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, a mezzo PEC: ingegneriaclinica.aou@pec.it, entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **27.04.2026** contenente l'indicazione completa del mittente.

Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere esclusivamente formulate sull'apposita modulistica (all. A) allegando copia del documento di identità del dichiarante e relazione tecnica dettagliata dei prodotti offerti, pena esclusione.

Saranno, pertanto, escluse tutte le istanze redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Avviso.

Alla successiva procedura saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato regolare manifestazione di interesse. Non saranno considerate, viceversa, le istanze irregolari, in quanto pervenute dopo la scadenza oppure con modalità diverse da quella indicata, nonché quelle incomplete e prive delle dichiarazioni richieste.

La presentazione dell'istanza è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'A.O.U.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. Non sono accettate proposte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente iniziativa, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'affidamento.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste, ai fini della partecipazione alla presente indagine, dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri.

Per informazioni: Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA (tel.081/7463571) e-mail: ingegneriaclinica.aou@unina.it.

RUP: Ing. Tommaso Cerciello