



Napoli, li 19.04.2019

prot. 7823

UOC Gestione Acquisizione Beni e Servizi

PO Gestione Gare Acquisizione Beni e Servizi

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER ACCELERATORE SIEMENS mod. MEVATRON M2 PRIMUS – rif. Gara 4060

Questa Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli – U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi -, Via S. Pansini n. 5 - 80131 – Napoli Tel. 0817463637 – Tel. 081 7464342 – sito internet www.policlinico.unina.it, intende procedere all'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di acceleratore lineare Siemens mod. Mevatron M2 Primus.

Denominazione attuale fornitore: SIEMENS S.p.A.

Tanto premesso con il presente avviso si intende unicamente effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di ulteriori operatori economici da consultare, ai fini dell'indizione di una eventuale alternativa procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. Resta inteso, quindi, che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara.

Gli operatori individuati per effetto della presente indagine verranno invitati a produrre offerta nel rispetto delle condizioni previste nel presente avviso e nella successiva lettera di invito.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per questa Azienda, con l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati, in caso di necessità, a presentare offerta.

A tal proposito, si precisa che questa Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

Gli operatori economici interessati sono, pertanto, invitati a manifestare a questa A.O.U. l'interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara, dichiarando ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate - come da allegato A.

Importo del servizio: L'importo delle attività oggetto del servizio in argomento è di circa € 300.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di tutto quanto indicato nel presente avviso e di quanto successivamente dettagliato nella lettera d'invito.

Durata del Servizio: 36 (trentasei) mesi.

Oggetto del servizio: manutenzione ed assistenza tecnica full-risk (manutenzione preventiva almeno n° 3/anno e comunque secondo le indicazioni del fabbricante, controlli funzionali e di qualità, verifiche di sicurezza elettrica, illimitati interventi di manutenzione correttiva comprensiva di materiale di consumo, materiale soggetto ad usura, parti di ricambio originali nulla escluso).

Il sistema è così composto:

IC	Matricola	CND	Tipologia	Costruttore	Modello	Cod.Associazione	Edificio
63762	THL6203785	Z1101	ACCELERATORE LINEARE	SIEMENS AG	PRIMUS	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1

63765	CMGM0113	Z1190	ARMADIO DELL'ELETTRONICA	SIEMENS AG	.	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1
63772	THL6203785	Z1101	CONSOLLE DI COMANDO PER ACCELERATORE LINEARE	SIEMENS AG	PRIMUS	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1
63770	1007	Z1103	FANTOCCIO PER TEST RX	MICK RADIO	NUCLEAR-9116	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1
63764	GM0113	Z11039011	GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	SIEMENS AG	5504159	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1
63769	NR	Y2109	MONITOR PER PERSONAL COMPUTER	DELL COMPUTER CORP	TERAVIEW	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1
63773	7329063	Z119008	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	EIZO NANA CORP	MX 190	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1
63774	28999323	Z119008	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	EIZO NANA CORP	MX 190	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1
63775	31153224	Z119008	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	EIZO NANA CORP	MX 190	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1
63766	168457	Z119010	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	GAMMEX RMI	PROBE A800	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1
63767	NR	Z119010	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	GAMMEX RMI	PROBE A800	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1
63768	168456	Z119010	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	GAMMEX RMI	PROBE A800	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1
63771	NR	V80	SUPPORTI VARI	.	.	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1
63763	THT73A3552046	Z11030503	TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	SIEMENS AG	.	63762	EDIFICIO 10/D - PIANO -1

Tempo massimo di intervento in caso di guasto bloccante (impossibilità a trattare i pazienti):

- reperibilità operatori tecnici tutti i giorni della settimana esclusa la domenica e festivi
- tempo massimo di intervento 4 ore lavorative (si intende tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00);
- ripristino operativo apparecchiatura entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata.

Tempo massimo di intervento in caso di guasto non bloccante:

- reperibilità operatori tecnici dal lunedì al venerdì;
- tempo massimo di intervento 12 ore lavorative (si intende tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00);
- ripristino operativo apparecchiatura entro 5 giorni lavorativi dalla chiamata.

Giorni massimi di fermo macchina ammessi su base annua (giorni lavorativi dal lunedì al sabato), intesi come somma dei giorni di fermo macchina per manutenzione programmata più giorni in cui il fermo è dovuto a guasti: non superiore a giorni 10.

Requisiti tecnici minimi di partecipazione:

- tecnici manutentori qualificati e certificati per l'esecuzione di tutte le attività inerenti il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per la tipologia delle apparecchiature in argomento;
- la capacità tecnica allo svolgimento dei servizi di manutenzione preventiva, correttiva, dei controlli di funzionalità e delle verifiche di sicurezza elettrica sec. normativa CEI;
- di essere garante nei confronti di questa Azienda per danni provocati imputabili al non effettivo svolgimento dei servizi offerti oltre che al non rispetto dei tempi che saranno eventualmente indicati nella lettera d'invito;

Requisiti amministrativi minimi di partecipazione: gli operatori economici interessati alla selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;

- l'impegno inderogabile a fornire successiva offerta, qualora invitati.

Istanza di partecipazione: Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in argomento, possono presentare istanza indirizzata all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi a mezzo PEC: aou.protocollo@pec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03.05.2019 contenente l'indicazione completa del mittente, nonché la seguente dicitura:

"Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk per acceleratore lineare Siemens mod. Mevatron M2 Primus - rif. Gara 4060".

Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere esclusivamente formulate sull'apposita modulistica (all. A) allegando copia del documento di identità del dichiarante. **Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre detto termine.**

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'attuale l'operatore economico individuato rappresenti l'unico fornitore dei servizi innanzi descritti, questa A.O.U. intende, altresì, manifestare l'intenzione di affidare i suddetti servizi, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii e concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni economiche.

Per informazioni amministrative: P.O. Gestione Gare Acquisizioni Beni e Servizi, Sig. Crescitelli Andrea (tel. 081/7463637), e-mail: ancresci@unina.it.

Per informazioni tecniche: Servizio Ingegneria Clinica, Tecnologie Sanitarie ed HTA, Responsabile Ing. Antonietta Perrone (tel. 081.7463571) e-mail: ingegneriaclinica.aou@unina.it

Analogo avviso di preinformazione è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 29.04.2019 al n. 2019-060794.

F.to Il Direttore UOC
Gestione Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Salvatore Buonavolontà