

Ufficio Formazione Unico
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II



PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Sterilizzazione: check list e sistemi di controllo (5 crediti):

28 ottobre 2017 - ore 9.00-13.30

Aula della tensostruttura

rivolto al Personale medico (anestesisti e chirurghi) e infermieristico dell'A.O.U. Federico II,

Responsabile Scientifico del Corso: Dott. Gaetano D'Onofrio

Il processo di sterilizzazione è indispensabile per il riutilizzo degli strumenti chirurgici.

Obiettivo della sterilizzazione è la distruzione di ogni microrganismo in fase vegetativa, o di spora e si ottiene mediante procedimenti fisici e/o chimici **standardizzati, ripetibili e documentabili**. Tale definizione semplifica il concetto di sterilità, che in realtà può essere definito solo su base statistica.

Un processo di sterilizzazione può ritenersi valido, quando su un milione di strumenti autoclavati al massimo uno risulti non sterile, (1 microrganismo vitale su 1×10^6 unità di prodotto).

Per garantire questo standard, occorre adottare un protocollo ben preciso, che si avvalga delle norme tecniche armonizzate che indicano allo stato dell'arte, le procedure da adottare e le prove da effettuare per garantire la corretta gestione del processo di sterilizzazione.

In tale ambito di rilevante importanza è l'adozione, la condivisione e la validazione di uno strumento operativo come la check-list. La presenza di check-list e la sua adozione operativa garantisce sia la corretta effettuazione della procedura, come strumento di formazione, che il controllo e la tracciabilità del processo.

Il corso garantisce la condivisione l'aggiornamento della check-list aziendale e la valutazione di appropriatezza dei test di controllo aziendali.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al n. 0817463753, oppure 0817464969