



## AVVISO

Gara 684 - Procedura aperta per la fornitura in service di n.16 emogasanalizzatori e del relativo materiale di consumo occorrenti alle Strutture assistenziali dell'A.O.U. Federico II.

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, si comunica che l'apertura delle offerte economiche si effettuerà, in seduta pubblica, **il giorno 25.05.2017 alle ore 10,00** presso i locali dell'U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi di questa A.O.U. – Edificio n.11 H - piano terra.

Si comunica, altresì che, giusta verbale della Commissione di gara del 20.04.2017, le Società INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. e ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. sono state escluse dal prosieguo della gara in quanto nel capitolato Speciale d'Appalto si richiede che la fornitura dovrà comprendere, pena esclusione 15.000 capillari, contenenti eparina di sodio, di volume di campionatura non superiore a 100 µl e compatibili con il sistema emogasanalitico proposto e che il pannello di analisi per singolo campione dovrà comprendere le seguenti determinazioni: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Ca<sup>++</sup>, Glucosio, Lattato, Bilirubina, Hb totale e HHb, O<sub>2</sub>Hb, COHb, MetHb.

-Dall'analisi delle caratteristiche funzionali si evince che lo strumento offerto dalla Società INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. necessita di 150 µl per l'esecuzione del profilo completo e che pur fornendo la Ditta i capillari da 100 µl, il volume non risulta sufficiente per l'analisi del pannello completo richiesto.

- Dall'analisi delle caratteristiche funzionali si evince che lo strumento offerto dalla Società ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. necessita di 123 µl per l'esecuzione del profilo completo e che pur fornendo la Ditta i capillari da 100 µl, il volume non risulta sufficiente per l'analisi del pannello completo richiesto.

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Vincenzo VIGGIANI