



## **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II**

Gara 567 - Fornitura “in service”, articolata in lotti, di sistemi diagnostici e reattivi per indagini diagnostiche virologiche per le esigenze assistenziali dei D.A.I. di Medicina Trasfusionale dell’A.O.U. Federico II – CHIARIMENTI.

Avendo una Società chiesto dei chiarimenti in merito alla gara di cui all’oggetto, si fornisce qui di seguito la relativa risposta:

*In virtù dei chiarimenti relativi alla gara di cui all’oggetto, pubblicati in data 01.07.2016, la scrivente Società evidenzia come quanto indicato da Voi negli stessi, non sia compatibile con il termine di scadenza fissato per il 7 luglio 2016 vista l’imminente scadenza che ne impedisce il recepimento da parte delle Aziende, nella predisposizione della documentazione di gara.*

*Altresì ci preme evidenziare come, entrando nel merito del riscontro fornito, i suddetti chiarimenti non abbiano realmente svolto il ruolo, che gli è proprio, di chiarire la lex di gara, quanto piuttosto l’abbiano sostanzialmente modificata nella struttura.*

*A titolo meramente esemplificativo si riporta il quesito 19 in cui appare evidente che, mentre le caratteristiche di gara, limitavano la previsione di reagenti pronto all’uso ai solo reattivi, il chiarimento l’ha addirittura ampliata anche a calibratori, controlli e materiale di consumo andando a restringere notevolmente la possibilità per le Aziende di settore di concorrere alla procedura in oggetto.*

*Altresì la richiesta di 3 livelli di controllo di cui al chiarimento 6 appare destinata ad impedire la possibilità di presentare offerte pienamente rispondenti alle richieste di gara non essendo disponibili, da informazioni in nostro possesso, soluzioni che permettono di ottenere 3 differenti valori.*

*Alla luce delle considerazioni esposte invitiamo la Vs. Spett.le Amministrazione, laddove ne ravvisi il fondamento, ad annullare in autotutela la procedura in oggetto, e a rivedere le caratteristiche relative alla fornitura stessa al fine di garantire la massima concorrenzialità tra le aziende di settore.*

### **Risposta ai chiarimenti**

In riferimento alla richiesta si precisa innanzitutto che i chiarimenti forniti non hanno modificato la struttura del Capitolato di Gara, ma solo ulteriormente esplicitato alcuni punti.

In relazione al chiarimento richiesto al terzo capoverso deve intendersi per reagenti pronti all’uso esclusivamente i reattivi e non calibratori, controlli ed ausiliari, come erroneamente riportato; Si precisa, altresì, che il chiarimento richiesto nel quarto capoverso si riferisce al chiarimento n. 7 e non al n.6 come indicato; per tale chiarimento si deve intendere che i controlli devono essere effettuati su due livelli di controllo.

Alla luce dei presenti ulteriori chiarimenti, questa Azienda ritiene opportuno prorogare il termine per la presentazione dell'offerte relative alla gara di cui all'oggetto, stabilito per il giorno 07.07.2016, **al giorno 14.09.2016, alle ore 12.00.**

La seduta di gara prevista per il giorno 14.07.2016 viene differita **al giorno 21.09.2016, alle ore 10.00.** Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere presentati entro il **02.09.2016, ore 12.00.**

F.to IL RUP  
Dott.ssa Vittoria Mazzarelli

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Vincenzo VIGGIANI