



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

### AVVISO

GARA 775 - FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA (CEC) PER LE ESIGENZE DELL'A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI.

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, si informa che la lettura dei punteggi attribuiti all'offerta economica e la proposta di aggiudicazione per singolo lotto si effettuerà, in seduta pubblica, **il giorno 23.01.2019, alle ore 08:30** presso i locali dell'U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi di questa A.O.U. – Edificio n.11H piano terra.

Si informa, altresì, che a seguito di valutazione tecnica da parte della Commissione di gara, come da verbale del 05.11.2018, sono state escluse dal prosieguo della gara le seguenti Società, per i lotti e per le motivazioni di seguito riportate:

- Lotto N.6 – Società Sorin: prodotti non conformi perché i flussi max consigliati non raggiungono quelli richiesti;
- Lotto N.7 – Società Medtronic: prodotti non conformi perché hanno caratteristiche di un ossigenatore per adulti;
- Lotto N.11 – Società Medtronic: prodotto non conforme perché hanno caratteristiche di un ossigenatore per adulti;
- Lotto N.14 – Società Sorin e Medtronic: prodotti non conformi perché sono da 40 micron anziché da 20 come richiesto;
- Lotto N.24 - Società Eurosets: non pervenuta la campionatura richiesta;
- Lotto N.25 – Società Eurosets ed Aptiva: prodotti non conformi perché non armate;
- Lotto N.32 – Società Medtronic: prodotto non adattabile alle cannule per cardioplegia aggiudicate;
- Lotto N.33 – Società Sorin: prodotto non conforme per punta non metallica;
- Lotto N 35 – Società Eurosets e Medtronic: prodotti non conformi perché non malleabili;
- Lotto N.45 – Società Sorin ed H.E.D. : prodotti non conformi perché non sono neonatali;
- Lotto N.46 – Società Medtronic ed H.E.D. : prodotti non conformi perché non pediatrici;
- Lotto N 53 – Società Eurosets, Sorin e Medtronic : prodotti non conformi perché privi dei tre stadi.

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Vincenzo VIGGIANI