



Avviso chiarimenti

GARA 914 –FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER LE NECESSITÀ ASSISTENZIALI DELL’A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI.

Si informa che alcune Società hanno chiesto dei chiarimenti in merito alla gara di cui all’oggetto, pertanto si forniscono qui di seguito le relative risposte:

Quesito n.1

Si chiede di confermare che il disposto ai sensi del quale eventuali CE Marks, Brochures, dichiarazioni di conformità e relative certificazioni di qualità, potranno essere esibiti anche in lingua originale sia applicabile e valido anche per la letteratura scientifica, trattandosi di documentazione di rilevanza internazionale.

Risposta al quesito n.1

Si conferma.

Quesito n.2

In riferimento alla vostra procedura in oggetto ed in particolare al lotto 2 indicato nel capitolato tecnico, tessuto dermico acellulare sterile per la ricostruzione della regione parotidea, ed in base al principio di equivalenza in cui è consentito proporre il proprio prodotto se quest’ultimo corrisponde in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche; sono a richiedervi gentilmente se il nostro prodotto è congruo alla vostra richiesta e pertanto può rientrare nella qui presente procedura di gara.

Sarebbe nostra intenzione offrire la nostra membrana riassorbibile a due strati in collagene destinata per accelerare la formazione dei tessuti molli o come membrana barriera nella rigenerazione dei difetti ossei.

Può questo dispositivo medico essere offerto come bene equivalente a quello descritto alla voce lotto 2?

Risposta al quesito n.2

Il prodotto da voi proposto non è equivalente a quello indicato al lotto n. 2 del Disciplinare di gara poiché non corrisponde alle caratteristiche richieste.

F.to IL R.U.P.

Prof. Giovanni Dell’Aversana Orabona

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo VIGGIANI