

GARA 771 ALLEGATO (A)

REQUISITI TECNICI MINIMI RICHIESTI PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI MAPPAGGIO TRIDIMENSIONALE (A1)

- Registrazione e gestione completa dei dati (segnali EP, ECG, ricostruzioni anatomiche tridimensionali real time, mappe dei voltaggi, mappe di attivazione, mappe di propagazione)
- Visualizzazione e gestione elettrocateri per diagnostica e ablazione
- Gestione archivio mappaggi anatomici 3D con possibilità di creare più mappe per ogni paziente
- Importazione e visualizzazione immagini 3D CT acquisite da TAC multistrato di ultima generazione
- Possibilità di sovrapposizione immagini CT con l'informazione elettrica acquisita dal sistema e determinare quindi la posizione, in tempo reale, del catetere all'interno della struttura anatomica
- Possibilità di esportazione delle informazioni acquisite e dei reports elaborati su supporti CD/DVD o su rete informatica
- Dotazione di ampia reportistica sugli studi effettuati
- Il Kit di Mappaggio deve essere costituito da 6 elettrodi di superficie (patch)

Elettrocaterere per ablazione a curva orientabile unidirezionale e/o bidirezionale irrigato con sistema di raffreddamento a circuito aperto con fori circolari per irrigazione, compatibile con il sistema fornito ed in grado di generare mappa elettroanatomica:

- Corpo del catetere non > 8,5 F
- Materiale in poliuretano con armatura a fili in acciaio o materiale equivalente
- Lunghezza non inferiore a 115 cm
- Lunghezza elettrodo di ablazione 3.5mm o 4mm
- Ampia gamma di curve
- Fori di irrigazione con 6 fino a 56 fori di irrigazione
- Controllo della temperatura a termocoppia o termistore

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire, in comodato d'uso, oltre al sistema di mappaggio anche l'apparecchio erogatore di radiofrequenza completo di pompa necessaria per gli elettrocateri

Criteri di Aggiudicazione

I **70** punti disponibili per il coefficiente caratteristiche tecnico-qualitative saranno attribuiti tenendo conto della somma dei punteggi qualitativi attribuiti ai criteri minimi aggiuntivi (A2 = 70 Punti). Per accedere alla parte economica bisogna dimostrare il possesso di tutti requisiti minimi ed un minimo di 30 punti per i punteggi qualitativi ulteriori attribuiti ai requisiti A2 (max 70 punti). Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio massimo relativo alle caratteristiche tecnico-qualitative verranno attribuiti 70 punti, agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

MIGLIOR PUNTEGGIO QUALITA'

Non saranno ammesse alla fase di valutazione delle offerte economiche, e quindi saranno escluse dalla gara, le offerte che a giudizio della Commissione Giudicatrice non avranno raggiunto il **punteggio minimo previsto per i criteri qualitativi ulteriori attribuiti ai requisiti minimi aggiuntivi A2** indicati **prima dell'applicazione della suddetta formula di riparametrazione**.

Qualora più concorrenti raggiungano il massimo punteggio nei sub-criteri di valutazione tecnica, a tali concorrenti sarà attribuito il massimo punteggio tecnico di 70 punti mentre per i restanti concorrenti verrà tenuto conto del punteggio proporzionale decrescente.

Il criterio di assegnazione previsto per la parte qualitativa A2 è di tipo “discrezionale”, vale a dire che il punteggio è espressione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione Giudicatrice, per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi si seguirà la regola di seguito descritta. La Commissione Giudicatrice esprimerà in maniera solidale e discrezionale, per ciascuno dei criteri di valutazione, un giudizio di merito, facendo ricorso alla seguente griglia di valutazione:

Legenda Punteggio discrezionale					
giudizio	indicatore	coefficiente			
ottimo	Questa valutazione si applica quando la caratteristica del dispositivo o la prestazione correlata alla fornitura o un altro elemento oggetto di valutazione, supera ampiamente le attese della stazione appaltante ovvero rileva una qualità eccezionalmente elevata.	1			
buono	Questa valutazione si applica quando la caratteristica del dispositivo o la prestazione correlata alla fornitura o un altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione più che adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una più che soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante.	0,75			
Sufficiente	Questa valutazione si applica quando la caratteristica del dispositivo o la prestazione correlata alla fornitura o un altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione minima richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante.	0,5			
non pienamente sufficiente	Questa valutazione si applica quando la caratteristica del dispositivo o la prestazione correlata alla fornitura o un altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una scarsa rispondenza alle aspettative della stazione appaltante.	0,25			
inadeguato	Questa valutazione si applica quando la caratteristica del dispositivo o la prestazione correlata alla fornitura o un altro elemento oggetto di valutazione, è inadeguato rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una non rispondenza alle aspettative della stazione appaltante. Questa valutazione si applica anche nel caso di assenza di elementi o di elementi certi per la determinazione del punteggio.	0			

I coefficienti associati ad ogni giudizio saranno, poi, moltiplicati per il valore rappresentato dal peso/punteggio previsto per quello stesso criterio dalla stazione appaltante.

Criteri Qualitativi A2:

Criterio Tecnico	Punteggio Max	Modalità di valutazione
Numero di Fori parte distale (Maggiore il numero di fori circolari sulla punta distale maggiore sarà il punteggio da assegnare)	28 punti	discrezionale
Manovrabilità della parte distale	28 punti	discrezionale
Movimento bidirezionale asimmetrico	14 punti	discrezionale