

ALLEGATO B

Criteria valutazione Gara 756 Protesi mammarie

Lotto 1

Protesi mammarie testurizzate rotonde a volume fisso

Criteria valutativi	Range punteggio
1. qualità dell'involucro esterno e della testurizzazione	Range 0-15 Minima dilatabilità Punti 15 Media dilatabilità Punti 10 Alta dilatabilità Punti 5
Modalità di testurizzazione	Range 0-20 Stampo Punti 20 Sali Punti 10
2. qualità del gel di silicone	Range 0-15 Mantenimento della forma alle sollecitazioni: Ottimo mantenimento Punti 15 Medio mantenimento Punti 10 Scarso mantenimento Punti 5
3. varietà di scelta di profili e volumi	Range 0-15 Si procede con un conto matematico: alla Ditta con il maggior numero di volumi e profili viene assegnato il punteggio massimo e alle altre aziende viene assegnato un punteggio proporzionalmente minore
4. Qualità confezionamento	Range 0-5 Presenza peel-open Punti 1 Chiarezza etichetta Punti 2 Presenza doppia busta Punti 2

ALLEGATO B

Criteri valutazione Gara 756 Protesi mammarie

Lotto 2

Protesi mammarie testurizzate a volume fisso anatomiche

Criteri valutativi	Range punteggio
1. qualità dell'involucro esterno in silicone	Range 0-15 Si valuterà lo spazio tra le microvillosità* Maggiore spazio Punti 15 Medio spazio Punti 10 Minore spazio Punti 5 (*) lo spazio maggiore tra le micro villosità merita un punteggio più alto in quanto dà più adesività ai tessuti sottocutanei riducendo il rischio di rotazione della protesi
Modalità di testurizzazione	Range 0-20 Stampo Punti 20 Sali Punti 10
2. qualità e varietà della coesività del gel di silicone	Range 0-15 Ottima qualità e varietà Punti 15 Media qualità e varietà Punti 10 Scarsa qualità e varietà Punti 5
3. varietà di scelta di profili e volumi	Range 0-15 Si procede con un conto matematico: alla Ditta con il maggior numero di volumi e profili viene assegnato il punteggio massimo e alle altre aziende viene assegnato un punteggio proporzionalmente minore
4. Qualità confezionamento	Range 0-5 Presenza peel-open Punti 1 Chiarezza etichetta Punti 2 Presenza doppia busta Punti 2

ALLEGATO B

Criteria valutazione Gara 756 Protesi mammarie

Lotto 3

Espansori mammari temporanei, riempibili di soluzione salina, testurizzati

Criteria valutativi	Range punteggio
1. qualità dell'involucro esterno	Range 0-15 Qualità del profilo (forma assunta al gonfiaggio) Qualità alta Punti 15 Qualità media Punti 10 Qualità bassa Punti 5
2. qualità della testurizzazione	Range 0-15 Si valuterà lo spazio tra le microvillosità* Maggiore spazio Punti 15 Medio spazio Punti 10 Minore spazio Punti 5 (* lo spazio maggiore tra le micro villosità merita un punteggio più alto in quanto dà più adesività ai tessuti sottocutanei riducendo il rischio di rotazione della protesi)
Modalità di testurizzazione	Range 0-20 Stampo Punti 20 Sali Punti 10
3. profilo e tenuta del sistema valvolare integrato	Range 0-15 Ottimo (profilo poco evidente) Punti 15 Buono (mediamente evidente) Punti 10 Scarso (troppo evidente) Punti 5
4. Qualità confezionamento	Range 0-5 Presenza peel-open Punti 1 Chiarezza etichetta Punti 2 Presenza doppia busta Punti 2

Lotto 4

Impianti protesici definitivi in poliuretano

Criteria valutativi	Range punteggio
1. Orientamento linea di repera	Range 0-30 Maggiore orientamento Punti 30 Minore orientamento Punti 10
2. Varietà di altezze e di proiezioni	Range 0-30 Si procede con un conto matematico: alla Ditta con il maggior numero di altezze e proiezioni viene assegnato il punteggio massimo e alle altre aziende viene assegnato un punteggio proporzionalmente minore
3. Qualità confezionamento	Range 0-10 Presenza peel-open Punti 2 Chiarezza etichetta Punti 4 Presenza doppia busta Punti 4

ALLEGATO B

Criteria valutazione Gara 756 Protesi mammarie

Lotto 5

Protesi mammarie/Espansore (per ricostruzione ad una fase)

Criteria valutativi	Range punteggio
1.caratteristiche del sistema valvolare a distanza	Range 0-20 Sicurezza e maneggev. massima Punti 20 Sicurezza e maneggev. media Punti 10 Sicurezza e maneggev. scarsa Punti 5
2.caratteristiche del gel di silicone	Range 0-15 Mantenimento della forma alle sollecitazioni: ottimo mantenimento Punti 15 medio mantenimento Punti 10 scarso mantenimento Punti 5
3. caratteristiche della superficie testurizzata	Range 0-10 Ruvinità elevata Punti 10 Ruvinità media Punti 7 Ruvinità scarsa Punti 4
Modalità di testurazione	Range 0-10 Stampo Punti 10 Sali Punti 5
3. varietà di scelta di profili e volumi	Range 0-10 Si procede con un conto matematico: alla Ditta con il maggior numero di volumi e profili viene assegnato il punteggio massimo e alle altre aziende viene assegnato un punteggio proporzionalmente minore
3. Qualità confezionamento	Range 0-5 Presenza peel-open Punti 1 Chiarezza etichetta Punti 2 Presenza doppia busta Punti 2

ALLEGATO B

Criteria valutazione Gara 756 Protesi mammarie

Lotto 6 Espansori tissutali

Criteria valutativi	Range punteggio
1. Caratteristiche dell'elastomero di silicone	Range 0-20 ottimo Punti 20 medio Punti 14 scarso Punti 8
2. Caratteristiche di sicurezza della valvola	Range 0-20 massima sicurezza Punti 20 media sicurezza Punti 14 scarsa sicurezza Punti 8
3. Disponibilità di varietà di forme	Range 0-20 Si procede con un conto matematico: alla Ditta con il maggior numero di volumi e profili viene assegnato il punteggio massimo e alle altre aziende viene assegnato un punteggio proporzionalmente minore
4. Qualità confezionamento	Range 0-10 Presenza peel-open Punti 2 Chiarezza etichetta Punti 4 Presenza doppia busta Punti 4

Lotto 7

Protesi mammarie anatomiche a base tonda

Criteria valutativi	Range punteggio
1. qualità dell'involucro esterno in silicone	Range 0-15 Si valuterà lo spazio tra le microvillosità* Maggiore spazio Punti 15 Medio spazio Punti 10 Minore spazio Punti 5 (* lo spazio maggiore tra le micro villosità merita un punteggio più alto in quanto dà più adesività ai tessuti sottocutanei riducendo il rischio di rotazione della protesi)
Modalità di testurizzazione	Range 0-20 Stampo Punti 20 Sali Punti 10
2. qualità e varietà della coesività del gel di silicone	Range 0-15 Ottima qualità e varietà Punti 15 Media qualità e varietà Punti 10 Scarsa qualità e varietà Punti 5
3. varietà di scelta di profili e volumi	Range 0-15 Si procede con un conto matematico: alla Ditta con il maggior numero di volumi e profili viene assegnato il punteggio massimo e alle altre aziende viene assegnato un punteggio proporzionalmente minore
4. Qualità confezionamento	Range 0-5 Presenza peel-open Punti 1 Chiarezza etichetta Punti 2 Presenza doppia busta Punti 2

ALLEGATO B

Criteria valutazione Gara 756 Protesi mammarie

Lotto 8

Scaffold per ricostruzione mammaria

Criteria valutativi	Range punteggio
1. Morbidezza, flessibilità e resistenza della matrice	Range 0-15 Alta qualità Punti 15 Media qualità Punti 10 Bassa qualità Punti 5
2. Capacità di integrazione	Range 0-10 Alta Punti 10 Media Punti 8 Bassa Punti 4
3. Facilità di posizionamento e fissaggio	Range 0-5
4. Collagene di tipo III non cross-linkato chirurgicamente	Range 0-20 Presenza Punti 20 Assenza Punti 0
5. Letteratura scientifica: Provata esperienza e follow-up da letteratura scientifica relativamente alla biointegrazione nei tessuti	Range 0-10 Alta Punti 10 Media Punti 8 Bassa Punti 4
Letteratura scientifica: Provata esperienza e follow-up da letteratura scientifica relativamente all'incidenza di sieromi, infezioni	Range 0-10 Alta Punti 10 Media Punti 8 Bassa Punti 4