



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
AVVISO

Procedura aperta per la fornitura di Sistema Cone-Beam CB-Ct occorrente al DAI di Testa-Collo -
Gara 3005 - CIG 6500208D52

Si informa che l'apertura delle offerte economiche si effettuerà, in seduta pubblica, il giorno **19.07.2016 alle ore 9.30**, presso i locali dell'UOC Gestione Acquisizione Beni e Servizi di questa A.O.U., al piano terra dell'edificio 11H.

Si informa, altresì, che, giusta verbale della Commissione di gara del 04.07.2016, la società Sirona Dental Systems è stata esclusa dal prosieguo di gara per assenza dei seguenti requisiti: *le dimensioni FOV almeno $\geq 230 \times 160$ mm e la possibilità di almeno 8 FOV per ciascuna applicazione diagnostica; inoltre la destinazione d'uso prevista è difforme da quanto richiesto nel Capitolato speciale d'appalto, ossia "fornitura di sistema Cone-Beam CB-Ct per le esigenze del DAI di Testa-Collo", infatti alla pagina 20/21 della scheda di prodotto presentata dalla citata società, si evince l'esclusione dell'utilizzo in Chirurgia Maxillo-Facciale dell'apparecchiatura offerta mod.Orthophos XG 3D.*

F.to IL RUP
Prof. Luigi CALIFANO

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vincenzo VIGGIANI