



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

AVVISO

Gara 542 - procedura aperta per la fornitura, articolata in lotti, di suture chirurgiche occorrenti alle esigenze delle strutture assistenziali dell'A.O.U.

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, si informa che l'apertura delle offerte economiche si effettuerà, in seduta pubblica, **il giorno 10.10.2017, alle ore 10,00** presso i locali dell'U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi di questa A.O.U. – Edificio n.11H piano terra.

Si informa che il **lotto 9** non è stato valutato e sarà oggetto di apposita procedura di gara essendo dedicato esclusivamente alle suture per cardiocirurgia.

Si informa, altresì, che sono state escluse dal prosieguo della gara le seguenti società per le motivazioni sottoriportate:

lotto1: società B. BRAUN MILANO S.p.A., SVAS BIOSANA S.p.A., SOFAR S.p.A., ELEMED S.r.l. e GENKO ITALIA S.r.l. in quanto non hanno ottenuto un punteggio di almeno 6/10;

lotto 2: società B. BRAUN MILANO S.p.A., BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.r.l. e ASSUT EUROPE S.p.A. in quanto non hanno ottenuto un punteggio di almeno 6/10;

lotto 3: società B. BRAUN MILANO S.p.A., ELEMED S.r.l. e ASSUT EUROPE S.p.A. in quanto non hanno ottenuto un punteggio di almeno 6/10; società COVIDIEN ITALIA S.p.A. in quanto ha offerto al riferimento 31 un filo che misura 100 cm anziché 75 cm come richiesto in Capitolato;

lotto 4: società SVAS BIOSANA S.p.A. e ASSUT EUROPE S.p.A. in quanto non hanno ottenuto un punteggio di almeno 6/10; società COVIDIEN ITALIA S.p.A. in quanto ha offerto al riferimento 7 ago senza punta di precisione e con filo 3/0 anziché 4/0; al riferimento 6 filo calibro 4/0 anziché 3/0; società B.BRAUN MILANO S.p.A. in quanto ha dichiarato un tempo di assorbimento tra i 60 ed i 90 giorni inferiore quindi a quello richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto (tra i 90 ed 120 giorni);

lotto 5: società B. BRAUN MILANO S.p.A., SVAS BIOSANA S.p.A., SOFAR S.p.A., GENKO ITALIA S.r.l. e ASSUT EUROPE S.p.A. in quanto non hanno ottenuto un punteggio di almeno 6/10;

lotto 6: società B. BRAUN MILANO S.p.A., ELEMED S.r.l. e ASSUT in quanto non hanno ottenuto un punteggio di almeno 6/10; società BIO SUD MEDICAL SYSTEM in quanto ha offerto al riferimento 11 lunghezza del filo di 90 cm contro i 65 richiesti e al riferimento 20 ago non di colore nero come invece richiesto; società GENKO ITALIA S.r.l. in quanto ha offerto ai riferimenti 31 e 32 lunghezza del filo di 75 cm anziché di 45 come richiesto dal Capitolato;

lotto 7: società GENKO ITALIA S.r.l. in quanto non ha ottenuto un punteggio di almeno 6/10;

lotto 8: società B. BRAUN MILANO S.p.A., GENKO ITALIA S.r.l. e ASSUT EUROPE S.p.A. in quanto non hanno ottenuto un punteggio di almeno 6/10; società COVIDIEN ITALIA S.p.A. in quanto al riferimento 22 ha offerto filo calibro 4/0 invece che filo calibro 1.

Si conferma, inoltre, l'esclusione della **società TECNOMEDICAL S.r.l. – lotti 1, 3, 5, 6, 7, 8** in quanto non in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo VIGGIANI