



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II AVVISO

Gara 3047 - Fornitura articolata in lotti per apparecchiature occorrenti al Centro Interdipartimentale "Piastra di Endoscopia Digestiva" - CIG vari.

Si informa che l'apertura delle offerte economiche si effettuerà, in seduta pubblica, il giorno **23.11.2016 alle ore 10.00**, presso i locali dell'UOC Gestione Acquisizione Beni e Servizi di questa A.O.U., al piano terra dell'edificio 11/H.

Si informa, altresì, che, giusta verbali della Commissione di gara del 25/07, del 03/08, del 03/10 e del 04/10/2016 sono state escluse dal proseguimento di gara le società come di seguito specificato:

Lotto n.5:

- Società SIARE per la seguente motivazione:

1) Apparecchio di anestesia completo di monitoraggio

- a) *l'apparecchio di anestesia è a concertina discendente che non consente la visualizzazione di eventuali perdite, inoltre viene indicata nelle schede tecniche la disponibilità di una turbina opzionale per sopperire eventuali mancanze di gas;*
- b) *il monitor offerto come indicato nella relazione tecnica non è adatto all'uso in presenza di miscele di anestetici infiammabili con aria e ossigeno o con protossido di azoto e inoltre non risulta la disponibilità dei moduli richiesti.*

2) Ventilatore per Sala Risveglio

- a) *Non si evince che il monitor del ventilatore offerto sia touch-screen;*
- b) *la ventilazione non invasiva non è impostabile su tutte le modalità ventilatorie;*
- c) *non risulta dalle schede tecniche la possibilità di autoregolazione di flusso o ventilazione pressiométrica a garanzia di volume con possibilità di respiro spontaneo in ogni fase del ciclo respiratorio;*
- d) *non risulta l'alimentazione con ossigeno a bassa pressione;*
- e) *non risulta la procedura di bronco-aspirazione elettronica;*
- f) *la durata della batteria non è estendibile a 5 ore come richiesto ma a 3 ore.*

3) Pensili

- a) *non si evince la lunghezza richiesta di 2200mm;*
- b) *il pensile per anestesia non risulta dotato di movimentazione verticale inoltre non si evince la predisposizione per l'installazione di una lampada scialitica o di un braccio portamonitor;*
- c) *sul pensile chirurgico risulta offerto un solo braccio portamonitor e solo due mensole invece delle cinque richieste.*

4) Monitor risveglio

- a) *il monitor offerto come indicato nelle schede tecniche non è adatto all'uso in presenza di miscele di anestesia infiammabili con aria ed ossigeno o con protossido di azoto, inoltre non risulta la disponibilità dei moduli richiesti.*

- Società MAQUET per le seguenti motivazioni:

1) *Apparecchio di anestesia completo di monitoraggio*

- b) l'apparecchio di anestesia non consente la possibilità di ventilare in aria ambiente;*
- c) per il monito offerto come indicato nelle schede tecniche non risulta la disponibilità del modulo della pressione arteriosa continua non invasiva, ma viene citato il brevetto PWTT, ma tale parametro non consente la misurazione in continuo ma si basa sul tempo di transito cuore-polso;*

2) *Ventilatore per Sala Risveglio*

- a) la NIV non è impostabile su tutte le modalità ventilatorie;*
- b) Non risulta la possibilità di alimentazione con ossigeno a bassa pressione.*

3) *Pensili*

- a) Per il pensile chirurgico non si riscontra la presenza di braccetto basculante*

4) *Monitor risveglio*

- a) per il monitor offerto come indicato nelle schede tecniche non risulta la disponibilità del modulo della pressione arteriosa continua non invasiva ma viene citato il brevetto PWTT, ma tale parametro non consente la misurazione in continuo ma si basa sul tempo di transito cuore-polso;*
- b) non si evince sistema per aggancio rapido.*

La Commissione precisa che le offerte presentate dalle società Siare e Maquet oltre a non essere rispondenti ai requisiti minimi previsti dal capitolato, non sono ritenute equivalenti in termini di efficienza ed efficacia a quanto richiesto dalla stazione appaltante.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Vincenzo VIGGIANI